

## ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

### Carro de Medicación para Sistema de Dosis Unitaria

#### Tipo de mobiliario

Carro destinado al **transporte y dispensación de medicamentos en sistema de dosis unitaria**, para uso en Hospital de Peñaflor.

#### Requisitos Generales

- Ser nuevo y sin uso
- Diseñado para uso clínico/hospitalario
- Permitir la organización, traslado y resguardo seguro de medicamentos en sistema de dosis unitaria por paciente
- Permitir una adecuada limpieza y desinfección del equipo con los desinfectantes de uso hospitalario (amonio cuaternario, soluciones de cloro o alcohol)

#### Capacidad y Configuración

- Capacidad mínima de **31 gavetas individuales**
- Cada gaveta deberá:
  - Ser removible
  - Contar con porta etiqueta visible
  - Permitir identificación individual por paciente
- Debe contener un compartimento inferior para productos de volumen.
  - Capacidad mínima de carga: 20 kg
  - Altura suficiente para envases de 500 ml y 1000 ml en posición vertical
- Configuración:
  - Sistema modular (disposición en filas y columnas)
  - No se aceptarán sistemas rígidos no adaptables
- Material de gavetas:
  - Plástico de alta resistencia (ABS o equivalente)
  - Preferentemente transparente o semitransparente

#### Estructura del Carro

- Material resistente
- Cubierta superior plana con reborde perimetral de seguridad
- Lavable
- Superficies no porosas

- Sin bordes cortantes ni zonas de difícil acceso para limpieza
- Mínimo de cuatro (4) ruedas giratorias en 360°, dos de ellas con sistema de freno
- Ruedas de material silencioso (goma o poliuretano)
- Debe incluir manilla ergonómica para traslado
- Sistema de cierre centralizado mediante llave o mecanismo equivalente
- Gavetas deberán contar con sistema de tope que evite su salida accidental
- Gavetas desmontables para facilitar limpieza

#### **Dimensiones Referenciales**

- Altura: entre 90 y 110 cm
- Ancho: entre 50 y 70 cm
- Profundidad: entre 40 y 60 cm

*Las variaciones en las dimensiones no deben afectar la funcionalidad ni la ergonomía del equipo.*

*De preferencia, las dimensiones deben ser suficiente para la totalidad de las gavetas. En caso de ser presentados más de un carro de traslado, se evaluará si se cuenta con espacio suficiente en las unidades para su ubicación y el costo de este.*