

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ADQUISICIÓN DE MICROMOTORES PARA PODOLOGÍA

Se requieren 3 micromotores para podología de 35.000 a 40.000 rpm. Cada micromotor debe cumplir con:

- Contener: 1 unidad principal, 2 escobillas de carbón y 2 llave de mandril
- Ser de origen coreano
- Tener la pieza de mano montada con un portaherramientas de 2,35.
- Sistema de interruptor de pedal Encendido/Apagado (sistema de control variable usando el pie).
- Interrupción automática (se encienda la luz roja con sonido de pitido alarmante).
- Fácil cambio de la dirección de avance de eficiencia.
- Botón para cambio en la dirección de la marcha (derecha-izquierda)
- Ser utilizado con pedal o de manera automática.
- Parámetros de funcionamiento: Tamaño de las puntas 2,35 mm, voltaje de entrada: 0-3V, tipo SDE-H37L1, puede funcionar con el SAEYANG (con escobillas de carbón) N7 N3, etc.

IMPORTANTE: PARA QUE SU OFERTA SEA CONSIDERADA ES OBLIGATORIO ADJUNTAR FICHA TÉCNICA E IMÁGENES DEL PRODUCTO OFERTADO.

El equipo debe ser despachado a calle El Roble N°456, Penco (portón 1° Piso), por lo que debe incluir el valor del despacho a esta dirección.

